



LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

9330. Kapuvár, dr.Lumniczer Sándor u.10. Pf.34.

Tel.:96/596-500 Fax: 96/242-224

E-mail: titkarsag@lumniczerkorhaz.hu



EN ISO 9001:2008

Zertifikat Nr. 20 100 9839

„ÉRBETEGEK MEKKÁJA: KAPUVÁR ®”

HOGE Orvosi Műszer Kft.
1033 Budapest, Szőlőkert u. 7.
E-mail: vallalkozas@hoge.hu

Szamos-H Kft.
1026 Budapest, Gyergyó u. 5. 1/1.
E-mail: szamos-h@t-online.hu

STEELCO Hungary Kft.
1116 Budapest, Temesvári u. 19-21.
E-mail: steelco@t-online.hu

Iktatószám: K.4-21/2016

Tárgy: Adásvételi szerződés sterilizáló berendezések szállítására, telepítésére, üzembe helyezésére, és a kezelőszemélyzet helyszíni betanítására a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére

Tisztelt Ajánlattevők!

Tisztelt Ajánlattevők!

Tárgyi ügyben indult közbeszerzési eljárásban ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat elbírálta, melyről az „Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” c. dokumentum megküldésével tájékoztatja Önöket. Ajánlatkérő a szerződést az eljárás nyertesével a szerződéskötési moratórium lejártát követően, 2017. árpilis hó 19. napján 10:00 órakor kívánja megkötni. A szerződéskötés helye: ajánlatkérő székhelycíme (9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor u. 10. R épület, I. emelet 102. szoba).

Kapuvár, 2017. április 3.

Tisztelettel:


dr. Benedek Zoltán
főigazgató



Melléklet: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Hivatalos név: Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet	
Postai cím: dr. Lumniczer Sándor utca 7.	
Város: Kapuvár	Postai irányítószám: 9330

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Adásvételi szerződés sterilizáló berendezések szállítására, telepítésére, üzembe helyezésére, és a kezelőszemélyzet helyszíni betanítására a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Árubeszerzés
1. tétel: 1 db Alacsony hőmérsékletű hidrogén-peroxid sterilizátor
2. tétel: 1 db Autokláv
3. tétel: 1 db Mosogatógép
4. tétel: 1 db Vízlágyító
5. tétel: 1 db Kazettás sterilizáló
6. tétel: 1 db Ultrahangos tisztító
7. tétel: 1 db Mosó átfúvató pisztoly

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja.
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Saját beszerzési szabályok alkalmazásával lefolytatott nyílt eljárás

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
Közbeszerzési eljárás azonosítója: KBE-11829/2016
Közbeszerzési eljárás iktatószáma: KÉ.15376/2016, KÉ.455/2017, KÉ.883/2017
Közbeszerzési eljárás megindításának napja: 2016.12.14.

V. szakasz: Az eljárás eredménye¹

A szerződés száma: 1 Rész száma: -

Elnevezés: Adásvételi szerződés sterilizáló berendezések szállítására, telepítésére, üzembe helyezésére, és a kezelőszemélyzet helyszíni betanítására a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére

Az eljárás eredményes volt igen nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ²

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
<input type="radio"/> A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. Az eredménytelenség indoka:
<input type="radio"/> A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás <input type="radio"/> igen <input type="radio"/> nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságának indokolása:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.2 Az eljárás eredménye**V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk**

A beérkezett ajánlatok száma: 3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és az ajánlatok értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

HOGE Orvosi Műszer Kft. (1033 Budapest, Szőlőkert u. 7.)

Nettó ajánlati ár (1-7. tételek): **35.990.000 Ft**

Jótállás: 24 hónap

Szamos-H Kft. (1026 Budapest, Gyergyó u. 5. 1/1.)

Nettó ajánlati ár (1-7. tételek): **42.587.432 Ft**

Jótállás: 24 hónap

STEELCO Hungary Kft. (1116 Budapest, Temesvári u. 19-21.)

Nettó ajánlati ár (1-7. tételek): **32.200.000 Ft**

Jótállás: 24 hónap

1. tétel: Alacsony hőmérsékletű hidrogén-peroxid sterilizátor

Szakmai tartalom	Súlyszám	Ajánlott paraméter		
		HOGE Orvosi Műszer Kft.	Szamos-H Kft.	STEELCO Hungary Kft.
A kamrában plazma állapot valószínűleg a sterilizálási folyamat alatt. Kérjük megadni! Igen/nem. Igen válasz esetén: 10 pont, nem válasz esetén: 1 pont.	S=10	igen	igen	igen
H2O2 töltet kiszerezésének száma (ciklusszám szerint): Kérjük megadni! Előny a több. Az 1 féle minimum értéket kapja (1 pont), a 2 féle vagy az annál több a maximum értéket (10 pont).	S=5	igen, kétféle	igen, a H2O2 töltet kiszerezésének száma ciklusszám szerint egyféle	igen, egyféle
A legnagyobb ciklusszámmal rendelkező töltet ciklusszáma: Kérjük megadni! Az 5 ciklus/töltet minimum értéket kapja (1 pont), a 20 ciklus/töltet vagy az annál nagyobb a maximum értéket (10 pont), a kettő között egyenes arányosítás.	S=5	igen, 24 ciklus	igen, 10 ciklus/töltet	1 ciklus/töltet
Rendelkezik katalizátorral. Kérjük megadni! Igen/nem. Igen válasz esetén: 10 pont, nem válasz esetén: 1 pont.	S=10	igen	igen	igen

2. tétel: Autokláv

Szakmai tartalom	Súlyszám	Ajánlott paraméter		
		HOGE Orvosi Műszer Kft.	Szamos-H Kft.	STEELCO Hungary Kft.
A kiszedő oldalon a berakó oldalival azonos képernyő: Kérjük megadni! Igen válasz esetén 10 pont, Nem válasz esetén 1 pont.	S=5	igen	igen	igen
Kamra teljes térfogata maximum 350 liter: Kérjük megadni! A 350 liter kapja a minimum értéket (1 pont), a 300 liter vagy az ennél kisebb érték a maximum értéket kapja (10 pont), a kettő között fordított arányosítás.	S=10	igen, 297 l	igen, 307 l	333 l

3. tétel: Mosogatógép

Szakmai tartalom	Súlyszám	Ajánlott paraméter	
		HOGE Orvosi Műszer Kft.	STEELCO Hungary Kft.
Nyomás mérés a HEPA (H13) szűrő mindkét oldalán (differenciál mérés), kijelzi ha a szűrő hatékonysága a határérték alá esik és cserélni kell: Kérjük megadni! Igen válasz esetén 10 pont, Nem válasz esetén 1 pont.	S=10	igen	igen

HOGE Orvosi Műszer Kft. (1033 Budapest, Szőlőkert u. 7.)
 Az ajánlat pénzügyi-gazdasági szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas/alkalmatlan.
 Az ajánlat szakmai szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas/alkalmatlan.
 Az ajánlat egyéb szempontból érvényes/érvénytelen.

Szamos-H Kft. (1026 Budapest, Gyergyó u. 5. 1/1.)
 Az ajánlat pénzügyi-gazdasági szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas/alkalmatlan.
 Az ajánlat szakmai szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas/alkalmatlan.
 Az ajánlat egyéb szempontból érvényes/érvénytelen.

STEELCO Hungary Kft. (1116 Budapest, Temesvári u. 19-21.)
 Az ajánlat pénzügyi-gazdasági szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas/alkalmatlan.
 Az ajánlat szakmai szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas/alkalmatlan.
 Az ajánlat egyéb szempontból érvényes/érvénytelen.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése:

I. tétel: Alacsony hőmérsékletű hidrogén-peroxid sterilizátor

Szakmai tartalom	Súlyszám	HOGE Orvosi Műszer Kft.		Szamos-H Kft.		STEELCO Hungary Kft.	
		Pontszám	Súlyozott pontérték	Pontszám	Súlyozott pontérték	Pontszám	Súlyozott pontérték
A kamrában plazma állapot valósul meg a sterilizálási folyamat alatt. Kérjük megadni! Igen/nem. Igen válasz esetén: 10 pont, nem válasz esetén: 1 pont.	S=10	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00
H2O2 töltet kiszerezésének száma (ciklusszám szerint): Kérjük megadni! Előny a több. Az 1 féle minimum értéket kapja (1pont), a 2 féle vagy az annál több a maximum értéket (10 pont).	S=5	10,00	50,00	1,00	5,00	1,00	5,00
A legnagyobb ciklusszámmal rendelkező töltet ciklusszáma: Kérjük megadni! Az 5 ciklus/töltet minimum értéket kapja (1pont), a 20 ciklus/töltet vagy az annál nagyobb a maximum értéket (10 pont), a kető között egyenes arányosítás.	S=5	10,00	50,00	4,16	20,80	1,00	5,00
Rendelkezik katalizátorral. Kérjük megadni! Igen/nem. Igen válasz esetén: 10 pont, nem válasz esetén: 1 pont.	S=10	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00

2.tétel: Autokláv									
Szakmai tartalom	Súlyszám	HOGE Orvosi Műszer Kft.		Szamos-H Kft.		STEELCO Hungary Kft.			
		Pontszám	Súlyozott pontérték	Pontszám	Súlyozott pontérték	Pontszám	Súlyozott pontérték		
A kiszűrdő oldalon a berakó oldalival azonos képernyő: Kérjük megadni! Igen válasz esetén 10 pont, Nem válasz esetén 1 pont.	S=5	10,00	50,00	10,00	50,00	10,00	50,00		
Kamra teljes térfogata maximum 350 liter. Kérjük megadni! A 350 liter kapja a minimum értéket (1pont), a 300 liter vagy az ennél kisebb érték a maximum értéket kapja (10 pont), a kettő között fordított arányosítás.	S=10	10,00	100,00	8,60	86,00	3,40	34,00		

3.tétel: Mosogatógép									
Szakmai tartalom	Súlyszám	HOGE Orvosi Műszer Kft.		Szamos-H Kft.		STEELCO Hungary Kft.			
		Pontszám	Súlyozott pontérték	Pontszám	Súlyozott pontérték	Pontszám	Súlyozott pontérték		
Nyomás mérés a HEPA (H13) szűrő mindkét oldalán (differenciál mérés), kijelzi ha a szűrő hatékonysága a határérték alá csökken és cserélni kell: Kérjük megadni! Igen válasz esetén 10 pont, Nem válasz esetén 1 pont.	S=10	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00		

Értékelés részeszempontjai	Részszempontok súlyszámai	HOGE Orvosi Műszer Kft.			Szamos-H Kft.			STEELCO Kft.		
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata			
Ár	110	8,94	983,40	7,56	831,60	10,00	1100,00			
Szakmai tartalom	55	10,00	550,00	8,40	462,00	7,16	393,80			
Jótállás	18	10,00	180,00	10,00	180,00	10,00	180,00			
Súlyszámmal súlyozott értékelési pontszám			1713,40		1473,60		1673,80			

Érvényes ajánlatok elbírálása:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont

V.2.5) Az ajánlatok értékelésének módszere:

Az értékelés módszere az értékarányosítás.

1. Minőségi kritérium:

1. tétel Alacsony hőmérsékletű hidrogén-peroxid sterilizátor

- A kamrában plazma állapot valósul meg a sterilizálási folyamat alatt. Kérjük megadni! Igen/nem. Igen válasz esetén: 10 pont, nem válasz esetén: 1 pont. Súlyszám: 10
- H₂O₂ töltet kiszerezésének száma (ciklusszám szerint): Kérjük megadni! Előny a több. Az 1 féle minimum értéket kapja (1pont), a 2 féle vagy az annál több a maximum értéket (10 pont). Súlyszám: 5
- A legnagyobb ciklusszámmal rendelkező töltet ciklusszáma: Kérjük megadni! Az 5 ciklus/töltet minimum értéket kapja (1pont), a 20 ciklus/töltet vagy az annál nagyobb a maximum értéket (10 pont), a kettő között egyenes arányosítás. Súlyszám: 5
- Rendelkezik katalizátorral. Kérjük megadni! Igen válasz esetén: 10 pont, nem válasz esetén: 1 pont. Súlyszám: 10

2. tétel Autokláv

- A kiszedő oldalon a berakó oldalival azonos képernyő: Kérjük megadni! Igen válasz esetén 10 pont, Nem válasz esetén 1 pont. Súlyszám: 5
- Kamra teljes térfogata maximum 350 liter: Kérjük megadni! A 350 liter kapja a minimum értéket (1pont), a 300 liter vagy az ennél kisebb érték a maximum értéket kapja (10 pont), a kettő között fordított arányosítás. Súlyszám: 10

3. tétel Mosogatógép

- Nyomás mérés a HEPA (H13) szűrő mindkét oldalán (differenciál mérés), kijelzi ha a szűrő hatékonysága a határérték alá csökken és cserélni kell: Kérjük megadni! Igen válasz esetén 10 pont, Nem válasz esetén 1 pont. Súlyszám: 10

Jótállás (hónap): Minden tétel vonatkozásában egységesen 12 hónap. Az ennél alacsonyabb jótállást vállaló ajánlata érvénytelen. A maximum vállalható jótállás 24 hónap. A 24 hónap és minden azt meghaladó vállalás esetén a kapható maximális pontszám 10. Súlyszám: 18

Módszer: Egyenes arányosítás. A részszerpont szerinti legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme kapja a lehetséges maximális pontszámot, a többi ajánlat pedig a legelőnyösebb ajánlathoz képest kevesebbet.

2. Ár: Súlyszám: 110. Az ár esetében a fordított arányosítás módszere. A legalacsonyabb ajánlati árat megajánló kapja a 10 pontot, a többi ajánlat ahhoz arányosítva kevesebbet.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

HOGE Orvosi Műszer Kft. (1033 Budapest, Szőlőkert u. 7.)

Nettó ajánlati ár (1-7. tételek): 35.990.000 Ft

Az ajánlata kiválasztásának indoka:

Az értékarányosítás módszerével elvégzett értékelés alapján a legkedvezőbb ajánlatot tette.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve, címe: STEELCO Hungary Kft. (1116 Budapest, Temesvári u. 19-21.)

Az ellenszolgáltatás összege (nettó ajánlati ár 1-7. tételek): 32.200.000 Ft

Az ajánlat kiválasztásának indoka: Az értékarányosítás módszerével elvégzett bírálat alapján a nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tette.

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele igen nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:-

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: -

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: -

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: -

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk: ²

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdet: (2017/04/04) / Lejárata: (2017/04/13)

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/03/07)

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/04/03)
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: A Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztálya KÖF/3038/2016 szám alatt 2017. március hó 31. napján a szabályossági tanúsítványt kiállította, melynek alapján a közbeszerzési eljárás eredménye kihirdethető. ²

Kapuvár, 2017. április 3.

dr. Benedek Zoltán
főigazgató

